

ZERTIFIKAT

über Produktkonformität (QAL1)

Zertifikatsnummer: 0000050625

Messeinrichtung: AO2000-Fidas24 für Gesamt-C

Hersteller: ABB Automation GmbH
Stierstädter Str. 5
60488 Frankfurt/Main
Deutschland

Prüfinstitut: TÜV Rheinland Energy GmbH

**Es wird bescheinigt,
dass das AMS unter Berücksichtigung der Normen**

**DIN EN 15267-1 (2009), DIN EN 15267-2 (2009), DIN EN 15267-3 (2008)
sowie DIN EN 14181 (2015)
geprüft wurde und zertifiziert ist.**

Die Zertifizierung gilt für die in diesem Zertifikat aufgeführten Bedingungen
(das Zertifikat umfasst 6 Seiten).



Eignungsgeprüft
DIN EN 15267
QAL1 zertifiziert
Regelmäßige
Überwachung

www.tuv.com
ID 0000050625

Eignungsbekanntgabe im
Bundesanzeiger vom 14. März 2016

Umweltbundesamt
Dessau, 25. April 2016



i. A. Dr. Marcel Langner

Gültigkeit des Zertifikates bis:
13. März 2021

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln, 24. April 2016



ppa. Dr. Peter Wilbring

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. + 49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang

Prüfbericht:	936/21228173/A vom 21. Oktober 2015
Erstmalige Zertifizierung:	14. März 2016
Gültigkeit des Zertifikats bis:	13. März 2021
Veröffentlichung:	BAnz AT 14.03.2016 B7, Kapitel I Nummer 3.1

Genehmigte Anwendung

Das geprüfte AMS ist geeignet zum Einsatz an genehmigungsbedürftigen Anlagen (13. BImSchV, 17. BImSchV, 30. BImSchV, TA Luft) sowie an Anlagen der 27. BImSchV. Die geprüften Messbereiche wurden ausgewählt, um einen möglichst weiten Anwendungsbereich für das AMS sicherzustellen.

Die Eignung des AMS für diese Anwendungen wurde auf Basis einer Laborprüfung und eines dreimonatigen Feldtests an einer Müllverbrennungsanlage beurteilt.

Das AMS ist für den Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis +45 °C zugelassen.

Die Bekanntgabe der Messeinrichtung, die Eignungsprüfung sowie die Durchführung der Unsicherheitsberechnungen erfolgte auf Basis der zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen Bestimmungen. Aufgrund möglicher Änderungen rechtlicher Grundlagen sollte jeder Anwender vor dem Einsatz der Messeinrichtung sicherstellen, dass die Messeinrichtung zur Überwachung der für ihn relevanten Grenzwerte geeignet ist.

Jeder potentielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses AMS für die Anlage, an der es installiert werden soll, geeignet ist.

Basis der Zertifizierung

Das Zertifikat basiert auf:

- Prüfbericht 936/21228173/A vom 21. Oktober 2015 der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
- Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zuständige Stelle
- Überwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 14.03.2016 B7, Kapitel I Nummer 3.1,
UBA Bekanntmachung vom 18. Februar 2016:

Messeinrichtung:

AO2000-Fidas24 für Gesamt-C

Hersteller:

ABB Automation GmbH, Frankfurt am Main

Eignung:

Für genehmigungsbedürftige Anlagen sowie Anlagen der 27. BImSchV

Messbereiche in der Eignungsprüfung:

Komponente	Zertifizierungsbereich	zusätzliche Messbereiche			Einheit
Gesamt-C	0 - 15	0 - 50	0 - 150	0 - 500	mg/m ³

Softwareversionen:

Fidas24: 3.4.2

Syscon: 5.1.4

Einschränkungen:

Keine

Hinweise:

1. Das Wartungsintervall beträgt vier Wochen.
2. Der Analysator kann in den Gehäusevarianten AO2020 (19"-Gehäuse für Gestelleinbau) und AO2040 (Gehäuse zur Wandmontage) eingesetzt werden.

Prüfbericht:

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Köln

Bericht-Nr.: 936/21228173/A vom 21. Oktober 2015

Zertifiziertes Produkt

Das Zertifikat gilt für automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung übereinstimmen:

Bei der Messeinrichtung handelt es sich um einen Flammenionisationsdetektor (FID) zur Bestimmung von Gesamt-Kohlenstoff in Abgasen.

Das Messsystem AO2000-Fidas24 arbeitet extraktiv und besteht aus den folgenden Komponenten:

- Analysator AO2000-Fidas24
- beheizte Sonde (180°C) inkl. Regler, ABB PFE 3
- beheizte Messgasleitung (180°C), (max. 60 m) inkl. Regler, Teflon-Probegasleitung

Zum Betrieb benötigt der Analysator Brennluft mit einem Gehalt an Gesamt-C. < 1 % des Messbereichs.

Bei dem Analysator Fidas24 handelt es sich um ein Analysatormodul, das in einem Universalgehäuse aus der „Advance Optima Series“ vom Typ AO2000 eingebaut ist. In diesem Gehäuse ist die Anzeige- und Bedieneinheit, die Auswerteeinheit, das Analysatormodul sowie das Netzteil integriert. Zusätzlich befinden sich hier auch die Analogausgänge und Datenschnittstellen.

Der Analysator kann in den Gehäusevarianten AO2020 (19“-Gehäuse für Gestelleinbau) und AO2040 (Gehäuse zur Wandmontage) eingesetzt werden.

Allgemeine Anmerkungen

Dieses Zertifikat basiert auf dem geprüften Gerät. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass die Produktion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Hersteller ist verpflichtet, ein geprüftes Qualitätsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung des zertifizierten Produktes zu unterhalten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitätsmanagementsysteme müssen einer regelmäßigen Überwachung unterzogen werden.

Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten Produkt nicht mehr übereinstimmt, ist die TÜV Rheinland Energy GmbH unter der auf Seite 1 angegebenen Adresse zu informieren.

Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten Produkt angebracht oder in Werbematerialien für das zertifizierte Produkt verwendet werden kann, ist auf Seite 1 dieses Zertifikates dargestellt.

Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TÜV Rheinland Energy GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit. Nach Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TÜV Rheinland Energy GmbH muss dieses Dokument zurückgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwendet werden.

Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gültigkeit kann auch unter der Internetadresse: qal1.de eingesehen werden.

Die Zertifizierung der Messeinrichtung AO2000-Fidas24 für Gesamt-C basiert auf den im folgenden dargestellten Dokumenten und der regelmäßigen fortlaufenden Überwachung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers:

Erstzertifizierung gemäß DIN EN 15267

Zertifikat Nr. 0000050625: 25. April 2016
Gültigkeit des Zertifikats: 13. März 2021

Prüfbericht: 936/21228173/A vom 21. Oktober 2015
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Köln

Veröffentlichung: BAnz AT 14.03.2016 B7, Kapitel I Nummer 3.1
UBA Bekanntmachung vom 18. Februar 2016

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	ABB Automation GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	AO2000-Fidas24
Seriennummer der Prüflinge	33481024 / 33481014
Messprinzip	FID

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21228173/A TÜV Rheinland
Berichtsdatum	21.10.2015

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	Gesamt-C 0 - 15 mg/m ³
---------------------------	--------------------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,55 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,32 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,49 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,55 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i 0,320 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u^2	
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen *	u_D 0,048 mg/m ³	0,002	(mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof} 0,041 mg/m ³	0,002	(mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$ -0,225 mg/m ³	0,051	(mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$ 0,260 mg/m ³	0,068	(mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u_t 0,058 mg/m ³	0,003	(mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u_v 0,040 mg/m ³	0,002	(mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u_i 0,320 mg/m ³	0,102	(mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u_b 0,118 mg/m ³	0,014	(mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm} 0,121 mg/m ³	0,015	(mg/m ³) ²
Änderung der Responsefaktoren (TOC)	u_{rf} 0,042 mg/m ³	0,002	(mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,j})^2} \quad 0,51 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 1,00 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 10 mg/m³ 10,0

Anforderung nach 2010/75/EU

U in % vom Grenzwert 10 mg/m³ 30,0

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 10 mg/m³ 22,5