

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000043104_02_01
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000043104_02 vom 28. März 2025

Messeinrichtung: D-CEM2100 für Staub
Hersteller: CODEL International Ltd.
Station Road
DE45 1GE Bakewell / Derbyshire
Großbritannien

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 2. April 2025
Veröffentlichung: BAnz AT 19.05.2025 B3**

**IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**

**99 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 25. Februar 2015 (BAnz AT 02.04.2015 B5, Kapitel I Nummer 1.1) und
vom 21. Februar 2023 (BAnz AT 20.03.2023 B6, Kapitel IV 11. Mitteilung)**

Die aktuellen Softwareversionen der Messeinrichtung D-CEM2100 für Staub der Firma
CODEL International Ltd. lauten:

507-120C (DDU)

507-069B (SPU, Master)

507-028A (SPU, Slave)


Die Messeinrichtung ist auch für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV geeignet.

Die Messeinrichtung erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15267-3 (Ausgabe September
2024).

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH vom 20. Dezember 2024

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Köln, 20. Mai 2025


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.