

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000053803_02_03
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000053803_02 vom 2. März 2022

Messeinrichtung: D-R 808 für Staub

Hersteller: DURAG GmbH
Kollastr. 105
22453 Hamburg
Deutschland

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 27. August 2025
Veröffentlichung: BAnz AT 31.10.2025 B5**


- IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**
- 7 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 13. Juli 2017 (BAnz AT 31.07.2017 B12, Kapitel I Nummer 1.2) und
vom 21. August 2024 (BAnz AT 31.10.2024 B9, Kapitel IV 16. Mitteilung)**


Die aktuellen Softwareversionen der Messeinrichtung D-R 808 für Staub
der Firma DURAG GmbH lauten:

D-R 808: 02.10.R0002
D-ISC 100: 02.02R0073
D-ESI 100: 01.11R0025

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH vom 20. Februar 2025

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Köln, 21. November 2025


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
qa11-info@tuv.com
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.