



B e s c h e i n i g u n g

Mitteilung: 4057004-1-ts
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat
4057004-ts vom 19. Mai 2025

Messeinrichtung	MGA 20 für CO, NO, SO ₂ , NO ₂ , NO _x , N ₂ O, CH ₄ , CO ₂ und O ₂
Gerätehersteller	Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG Zwenkauer Straße 159 D-04420 Markranstädt Deutschland

Umweltbundesamt

Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen und Immissionen vom 23. Juli 2026
Veröffentlichung: BAnz AT 03.09.2026 B7

III. Mitteilungen zur Bundeseinheitlichen Praxis

5 Mitteilung zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 2. April 2025 (BAnz AT 19.05.2025 B3, Kapitel I Nummer 2.1)

In der Messeinrichtung MGA 20 der Fa. Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG, Markranstädt, wird ab dem 23. Februar 2026 der neue Software-Watchdog zur Überwachung der Modbus-TCP/IP-Kommunikation eingesetzt.

Stellungnahme der TÜV Süd Industrie Service GmbH vom 27. Februar 2026

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüflaboratorium Emissionsmessung/ Kalibrierung
München, den 09.09.2026


M.Sc. Simon Gerstlacher


Dipl.-Ing. Univ. Lukas Zielbauer