



B e s c h e i n i g u n g

Mitteilung: 4061336-2-ts

über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat
4061336-ts vom 24. Juni 2025

Messeinrichtung	IR-Pyrometer KT 15.67 IIP
Gerätehersteller	Heitronics Infrarot Messtechnik GmbH Kreuzberger Ring 40 65205 Wiesbaden Deutschland

Umweltbundesamt

Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen und Immissionen vom 10. Juli 2026
Veröffentlichung: BAnz AT 10.07.2026 B5

VI. Mitteilungen zur Bundeseinheitlichen Praxis

8 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 2. April 2025 (BAnz AT 19.05.2025 B3, Kapitel III Nummer 1.1) und vom 27. August 2025 (BAnz AT 31.10.2025 B5, Kapitel IV 32. Mitteilung)

Die aktuelle Softwareversion der Messeinrichtung KT 15.67 IIP zur Überwachung der Mindesttemperatur an genehmigungsbedürftigen Anlagen und Anlagen der 27. BImSchV der Firma Heitronics Infrarot Messtechnik GmbH, Wiesbaden, lautet 5.19.

Die Version 5.14 kann ebenfalls verwendet werden.

Die Messeinrichtung KT 15.67 IIP zur Überwachung der Mindesttemperatur an genehmigungsbedürftigen Anlagen und Anlagen der 27. BImSchV der Firma Heitronics Infrarot Messtechnik GmbH, Wiesbaden, kann optional auch mit dem Schutzgehäuse WK15 ausgestattet sein.

Stellungnahme der TÜV Süd Industrie Service GmbH vom 19. Oktober 2025

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüflaboratorium Emissionsmessung/ Kalibrierung
München, den 09.09.2026


M.Sc. Simon Gerstlacher


Dipl.-Ing. Univ. Lukas Zielbauer