



# B e s c h e i n i g u n g

Mitteilung: 3919266-3-ts

über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat  
3919266-ts vom 23. Mai 2024

---

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Messeinrichtung</b>  | IR-Pyrometer KT 15.69 IIP                                                                     |
| <b>Gerätehersteller</b> | Heitronics Infrarot Messtechnik GmbH<br>Kreuzberger Ring 40<br>65205 Wiesbaden<br>Deutschland |

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen und Immissionen vom 10. Juli 2026**  
**Veröffentlichung: BAnz AT 10.07.2026 B5**

### VI. Mitteilungen zur Bundeseinheitlichen Praxis

#### 6 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 19. März 2024 (BAnz AT 10.05.2024 B7, Kapitel II Nummer 1.2) und vom 27. August 2025 (BAnz AT 31.10.2025 B5, Kapitel IV 30. Mitteilung)

Die aktuelle Softwareversion der Messeinrichtung KT 15.69 IIP zur Überwachung der Mindesttemperatur an genehmigungsbedürftigen Anlagen und Anlagen der 27. BImSchV der Firma Heitronics Infrarot Messtechnik GmbH, Wiesbaden, lautet 5.19.

Die Version 5.14 kann ebenfalls verwendet werden.

Die Messeinrichtung KT 15.69 IIP zur Überwachung der Mindesttemperatur an genehmigungsbedürftigen Anlagen und Anlagen der 27. BImSchV der Firma Heitronics Infrarot Messtechnik GmbH, Wiesbaden, kann optional auch mit dem Schutzgehäuse WK15 ausgestattet sein.

Stellungnahme der TÜV Süd Industrie Service GmbH vom 19. Oktober 2025

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Prüflaboratorium Emissionsmessung/ Kalibrierung  
München, den 09.09.2026

  
M.Sc. Simon Gerstlacher

  
Dipl.-Ing. Univ. Lukas Zielbauer