

ZERTIFIKAT

über Produktkonformität (QAL1)

Zertifikatsnummer: 0000072195_01

Messeinrichtung: PG-350 P-AMS für CO, NO_x, O₂ und CO₂

Hersteller: HORIBA Europe GmbH
Hans-Mess-Str. 6
61440 Oberursel /Ts.
Deutschland

Prüfinstitut: TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH

**Es wird bescheinigt,
dass das AMS unter Berücksichtigung der Normen
DIN EN 15267-1 (2009), DIN EN 15267-2 (2023), DIN EN 15267-4 (2017),
DIN EN 14793 (2017) sowie DIN EN 14181 (2015)
geprüft wurde und zertifiziert ist.**

Die Zertifizierung gilt für die in diesem Zertifikat aufgeführten Bedingungen
(das Zertifikat umfasst 11 Seiten).

Das vorliegende Zertifikat ersetzt das Zertifikat 0000072195_00 vom 7. September 2020.



Eignungsgeprüft
DIN EN 15267
QAL1 zertifiziert
Regelmäßige
Überwachung

www.tuv.com
ID 0000072195

Eignungsbekanntgabe im
Bundesanzeiger vom 31. Juli 2020

Umweltbundesamt
Dessau, 27. Juni 2025

Gültigkeit des Zertifikates bis:
30. Juli 2030

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Köln, 26. Juni 2025



i. A. Dr. Marcel Langner



ppa. Dr. Peter Wilbring

www.umwelt-tuv.eu
qal1-info@tuv.com
Tel. + 49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Prüfbericht:	936/21245114/A vom 13. Februar 2020
Erstmalige Zertifizierung:	31. Juli 2020
Gültigkeit des Zertifikats:	30. Juli 2030
Zertifikat:	erneute Ausstellung (vorheriges Zertifikat 0000072195_00 vom 7. September 2020 mit Gültigkeit bis zum 30. Juli 2025)
Veröffentlichung:	BAnz AT 31.07.2020 B10, Kap. I Nr. 4.1

Genehmigte Anwendung

Das geprüfte P-AMS ist geeignet für wiederkehrende Messungen von Emissionen aus stationären Quellen an 13. BImSchV:2020, 17. BImSchV:2013, 44. BImSchV:2022, TA Luft:2002, 30. BImSchV:2019 und 27. BImSchV:2013 für die Kalibrierung und Validierung von stationären AMS im Rahmen der QAL2 und AST nach der DIN EN 14181.

Die geprüften Messbereiche wurden ausgewählt, um einen möglichst weiten Anwendungsbereich für das P-AMS sicherzustellen.

Die Eignung des P-AMS für diese Anwendung wurde auf Basis einer Laborprüfung und fünf Feldtestkampagnen an unterschiedlichen industriellen Anlagen beurteilt.

Bei den Anlagen handelt es sich um zwei kommunale Siedlungsabfallverbrennungsanlagen, ein Braunkohlekraftwerk, eine Klärschlammverbrennungsanlage und um ein Biomasseheizkraftwerk.

Das P-AMS ist für den Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis 40 °C zugelassen.

Die Bekanntgabe der Messeinrichtung, die Eignungsprüfung sowie die Durchführung der Unsicherheitsberechnungen erfolgte auf Basis der zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen Bestimmungen. Aufgrund möglicher Änderungen rechtlicher Grundlagen sollte jeder Anwender vor dem Einsatz der Messeinrichtung sicherstellen, dass die Messeinrichtung zur Überwachung der für ihn relevanten Grenzwerte und Sauerstoffkonzentrationen geeignet ist.

Jeder potentielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses AMS für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist.

Anmerkung / Hinweis

Die genannten rechtlichen Regelungen entsprechen nicht in jedem Fall dem aktuellen Stand der Gesetzgebung zum Zeitpunkt der Zertifizierung. Jeder Nutzer sollte ggf. in Abstimmung mit der zuständigen Behörde, sicherstellen, dass diese AMS die rechtlichen Anforderungen für den vorgesehenen Einsatzzweck erfüllt. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich rechtliche Regelungen zum Einsatz einer Messeinrichtung zur Emissionsüberwachung während der Laufzeit des Zertifikats ändern können.

Basis der Zertifizierung

Dieses Zertifikat basiert auf:

- Prüfbericht 936/21245114/A vom 13. Februar 2020 der TÜV Rheinland Energy GmbH
- Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zuständige Stelle
- Überwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 31.07.2020 B10, Kap. I Nr. 4.1,
UBA Bekanntmachung vom 27. Mai 2020:

Messeinrichtung:

HORIBA PG-350 P-AMS für CO, NO_x, CO₂ und O₂

Hersteller:

HORIBA Europe GmbH, Oberursel

Eignung:

Portable Messeinrichtung für wiederkehrende Messungen von Emissionen aus stationären Quellen und als Standardreferenzmessverfahren für die Kalibrierung und Validierung von stationären AMS im Rahmen der QAL2 und AST nach der DIN EN 14181 an genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie an Anlagen der 27. und 44. BImSchV.

Messbereiche in der Eignungsprüfung:

Komponente	Zertifizierungsbereich	zusätzlicher Messbereich	Einheit
CO	0 - 75	0 - 6.250	mg/m ³
NO _x	0 - 102,5 ^{*1}	0 - 2.050 ^{*2}	mg/m ³
CO ₂	0 - 20	-	Vol.-%
O ₂	0 - 25	0 - 10	Vol.-%

^{*1} als NO₂, dies entspricht ca. 0 - 67 mg/m³ NO

^{*2} als NO₂, dies entspricht ca. 0 - 1.340 mg/m³ NO

Softwareversionen:

P20007880001F/1.19

Einschränkungen:

Keine

Hinweise:

Bei Schwankungen der Außentemperatur von mehr als 6 °C bei der Messdurchführung ist vor Ort zu prüfen ob die Messunsicherheiten noch eingehalten werden.

Prüfbericht: TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln
Bericht-Nr.: 936/21245114/A vom 13. Februar 2020

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 03.05.2021 B9, Kap. III Mitteilung 39,
UBA Bekanntmachung vom 31. März 2021

**39 Mitteilung zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes
vom 27. Mai 2020 (BAnz AT 31.07.2020 B10, Kapitel I Nummer 4.1)**

Die aktuelle Softwareversion für die Messeinrichtung PG-350 P-AMS für NO_x, CO,
CO₂ und O₂ der Firma HORIBA Europe GmbH lautet:

P2000788001G/1.20.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 8. September 2020

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 20.03.2023 B6, Kap. IV Mitteilung 31,
UBA Bekanntmachung vom 21. Februar 2023

**31 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 27. Mai 2020 (BAnz AT 31.07.2020 B10, Kapitel I Nummer 4.2) und
vom 31. März 2021 (BAnz AT 03.05.2021 B9, Kapitel III 39. Mitteilung)**

Die aktuelle Softwareversion der Messeinrichtung PG 350 P-AMS für NO_x, CO, CO₂
und O₂ der Firma HORIBA Europe GmbH lautet:

P2000788001H/1.27

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 17. September 2022

Zertifiziertes Produkt

Das Zertifikat gilt für automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung übereinstimmen:

Das hier geprüfte Messsystem HORIBA PG-350 P-AMS besteht aus dem Analysator PG-350EU, einem Messgaskühler, einer beheizten Messgasleitung sowie einer beheizten Entnahmesonde mit Filter.

Der Analysator ist ein Mehrkomponentenanalysator und arbeitet Komponentenspezifisch nach verschiedenen Messprinzipien. NO_x wird durch Chemolumineszenz (CLD), CO und CO₂ durch Infrarotabsorption (NDIR) und O₂ durch Paramagnetismus gemessen.

Das Probengas wird über die beheizte Entnahmesonde der Messeinrichtung zugeführt. Die Weiterleitung des Probengases erfolgt über eine beheizte Messgasleitung zur Kühlereinheit und anschließend über eine unbeheizte PTFE Leitung zum Analysator.

Der Kühler Typ PSS-5H dient zur Gasaufbereitung und ist in einem Kunststoffkoffer verbaut, worin sich auch die Messgaspumpe befindet. Die Messgasleitung kann maximal auf 200 °C elektrisch beheizt werden. Die Gasentnahmesonde Typ PSP4000-H ist tragbar und hat ein außenliegendes Keramikfilterelement. Die maximale Temperatur liegt bei der Sonde bei 180 °C.

Das hier geprüfte Messsystem HORIBA PG-350 P-AMS besteht aus:

- Multigasanalysator PG-350EU,
- Gasaufbereitung Kühler Typ PSS-5H,
- Messgaspumpe,
- Beheizte Messgasleitung, max. 200 °C, Material PTFE, max. Länge während der Eignungsprüfung 5 m und
- Gasentnahmesonde Typ PSP4000-H, tragbar und beheizt, max. 180 °C, Keramikfilter, Länge während der Eignungsprüfung 1m.

Allgemeine Anmerkungen

Dieses Zertifikat basiert auf dem geprüften Gerät. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass die Produktion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Hersteller ist verpflichtet, ein geprüftes Qualitätsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung des zertifizierten Produktes zu unterhalten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitätsmanagementsysteme müssen einer regelmäßigen Überwachung unterzogen werden.

Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten Produkt nicht mehr übereinstimmt, ist die TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH unter der auf Seite 1 angegebenen Adresse zu informieren.

Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten Produkt angebracht oder in Werbematerialien für das zertifizierte Produkt verwendet werden kann, ist auf Seite 1 dieses Zertifikates dargestellt.

Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit. Nach Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH muss dieses Dokument zurückgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwendet werden.

Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gültigkeit kann auch unter der Internetadresse: gal1.de eingesehen werden.

Dokumentenhistorie

Die Zertifizierung der Messeinrichtung HORIBA PG-350 P-AMS basiert auf den im folgenden dargestellten Dokumenten und der regelmäßigen fortlaufenden Überwachung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers:

Erstzertifizierung gemäß DIN EN 15267

Zertifikat-Nr. 0000072195_00: 7. September 2020
Gültigkeit des Zertifikats bis: 30. Juli 2025
Prüfbericht: 936/21245114/A vom 13. Februar 2020
TÜV Rheinland Energy GmbH
Veröffentlichung: BAnz AT 31.07.2020 B10, Kapitel I Nummer 4.1
UBA Bekanntmachung vom 27. Mai 2020

Mitteilungen

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 8. September 2020
Veröffentlichung: BAnz AT 03.05.2021 B9, Kapitel III Mitteilung 39
UBA Bekanntmachung vom 31. März 2021
(Softwareänderung)

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 17. September 2022
Veröffentlichung: BAnz AT 20.03.2023 B6, Kapitel IV Mitteilung 31
UBA Bekanntmachung vom 21. Februar 2023
(Softwareänderung)

Erneute Ausstellung des Zertifikats

Zertifikat-Nr. 0000072195_01: 27. Juni 2025
Gültigkeit des Zertifikats bis: 30. Juli 2030

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-4 für beide Systeme aus Feldtest 3

Messeinrichtung

Hersteller	HORIBA Europe GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	HORIBA PG-350 P-AMS
Seriennummer der Prüflinge	7DB92A3P / VWG18APN
Messprinzip	Infrarotabsorption

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21245114/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	13.02.2020

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CO	0 - 75 mg/m ³
---------------------------	----	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Die Querempfindlichkeiten wurden standortspezifisch in Abhängigkeit von der Abgasmatrix an der jeweiligen Feldtestanlage unter Berücksichtigung der im Labor ermittelten Querempfindlichkeitseinflüsse berechnet.

Maximale Summe von Querempfindlichkeiten		0,29 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i	0,170 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u^2	
Wiederholstandardabweichung im Labor	u_r	0,160 mg/m ³	0,026 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof}	0,082 mg/m ³	0,007 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$	0,260 mg/m ³	0,068 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$	-0,823 mg/m ³	0,677 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur im Feld	u_t	0,600 mg/m ³	0,360 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung feldtestspezifisch	u_v	0,000 mg/m ³	0,000 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit feldtestspezifisch	u_i	0,170 mg/m ³	0,029 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom feldtestspezifisch	u_p	0,000 mg/m ³	0,000 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm}	0,606 mg/m ³	0,368 (mg/m ³) ²

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,j})^2} = 1,24 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 = 2,43 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU

Anforderung nach DIN EN 15267-3

Anforderung für Standardreferenzmessverfahren

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 4,9

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 10,0

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 7,5

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 6,0

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-4 für beide Systeme aus Feldtest 1

Messeinrichtung

Hersteller	HORIBA Europe GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	HORIBA PG-350 P-AMS
Seriennummer der Prüflinge	7DB92A3P / VWG18APN
Messprinzip	Infrarotabsorption

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21245114/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	13.02.2020

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CO ₂	0 - 20 Vol.-%
---------------------------	-----------------	---------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Die Querempfindlichkeiten wurden standortspezifisch in Abhängigkeit von der Abgasmatrix an der jeweiligen Feldtestanlage unter Berücksichtigung der im Labor ermittelten Querempfindlichkeitseinflüsse berechnet.

Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,05 Vol.-%
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i 0,031 Vol.-%

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

			u^2
Wiederholstandardabweichung im Labor	u_r 0,020 Vol.-%		0,000 (Vol.-%) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof} 0,081 Vol.-%		0,007 (Vol.-%) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$ 0,035 Vol.-%		0,001 (Vol.-%) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$ 0,173 Vol.-%		0,030 (Vol.-%) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur im Feld	u_t 0,346 Vol.-%		0,120 (Vol.-%) ²
Einfluss der Netzspannung feldtestspezifisch	u_v 0,000 Vol.-%		0,000 (Vol.-%) ²
Querempfindlichkeit feldtestspezifisch	u_i 0,031 Vol.-%		0,001 (Vol.-%) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom feldtestspezifisch	u_p 0,000 Vol.-%		0,000 (Vol.-%) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm} 0,162 Vol.-%		0,026 (Vol.-%) ²

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,j})^2}$	0,43 Vol.-%
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c * k = u_c * 1,96$	0,84 Vol.-%

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 20 Vol.-%	4,2
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 20 Vol.-%	10,0 **
Anforderung für Standardreferenzmessverfahren	U in % vom Grenzwert 20 Vol.-%	7,5
	U in % vom Grenzwert 20 Vol.-%	6,0

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthalten. Es wurde ein Wert von 10,0 % herangezogen.

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-4 für beide Systeme aus Feldtest 3

Messeinrichtung

Hersteller	HORIBA Europe GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	HORIBA PG-350 P-AMS
Seriennummer der Prüflinge	7DB92A3P / VWG18APN
Messprinzip	Chemolumineszenz

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21245114/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	13.02.2020

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	NO
	0 - 67 mg/m ³

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Die Querempfindlichkeiten wurden standortspezifisch in Abhängigkeit von der Abgasmatrix an der jeweiligen Feldtestanlage unter Berücksichtigung der im Labor ermittelten Querempfindlichkeitseinflüsse berechnet.

Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,31 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u_i 0,179 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

		u^2
Wiederholstandardabweichung im Labor	u_r 0,100 mg/m ³	0,010 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u_{lof} -0,348 mg/m ³	0,121 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,z}$ 0,039 mg/m ³	0,002 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	$u_{d,s}$ -1,006 mg/m ³	1,012 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur im Feld	u_t 0,663 mg/m ³	0,440 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung feldtestspezifisch	u_v 0,000 mg/m ³	0,000 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit feldtestspezifisch	u_i 0,179 mg/m ³	0,032 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom feldtestspezifisch	u_p 0,000 mg/m ³	0,000 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u_{rm} 0,542 mg/m ³	0,293 (mg/m ³) ²
Konverterwirkungsgrad für AMS zur Messung von NOx	u_{ce} 1,277 mg/m ³	1,630 (mg/m ³) ²

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,j})^2}$	1,88 mg/m ³
Erweiterte Unsicherheit	$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96$	3,69 mg/m ³

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Grenzwert 45 mg/m³	8,2
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Grenzwert 45 mg/m ³	15,0
Anforderung für Standardreferenzmessverfahren	U in % vom Grenzwert 45 mg/m ³	10,0

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-4 für beide Systeme aus Feldtest 1

Messeinrichtung

Hersteller	HORIBA Europe GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	HORIBA PG-350 P-AMS
Seriennummer der Prüflinge	7DB92A3P / VWG18APN
Messprinzip	Paramagnetisch

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21245114/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	13.02.2020

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	O ₂	0 - 25 Vol.-%
---------------------------	----------------	---------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Die Querempfindlichkeiten wurden standortspezifisch in Abhängigkeit von der Abgasmatrix an der jeweiligen Feldtestanlage unter Berücksichtigung der im Labor ermittelten Querempfindlichkeitseinflüsse berechnet.

Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,00 Vol.-%
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	u _i 0,000 Vol.-%

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

			u ²
Wiederholstandardabweichung im Labor	u _r 0,010 Vol.-%		0,000 (Vol.-%) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} 0,016 Vol.-%		0,000 (Vol.-%) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} -0,017 Vol.-%		0,000 (Vol.-%) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} -0,046 Vol.-%		0,002 (Vol.-%) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur im Feld	u _t 0,346 Vol.-%		0,120 (Vol.-%) ²
Einfluss der Netzspannung feldtestspezifisch	u _v 0,000 Vol.-%		0,000 (Vol.-%) ²
Querempfindlichkeit feldtestspezifisch	u _i 0,000 Vol.-%		0,000 (Vol.-%) ²
Einfluss des Probegasvolumenstrom feldtestspezifisch	u _b 0,000 Vol.-%		0,000 (Vol.-%) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,202 Vol.-%		0,041 (Vol.-%) ²

Kombinierte Standardunsicherheit (u _c)	$u_c = \sqrt{\sum (u_{max,j})^2}$	0,40 Vol.-%
Erweiterte Unsicherheit	U = u _c * k = u _c * 1,96	0,79 Vol.-%

Relative erweiterte Messunsicherheit	U in % vom Messbereich 25 Vol.-%	3,2
Anforderung nach 2010/75/EU	U in % vom Messbereich 25 Vol.-%	10,0 **
Anforderung nach DIN EN 15267-3	U in % vom Messbereich 25 Vol.-%	7,5
Anforderung für Standardreferenzmessverfahren	U in % vom Messbereich 25 Vol.-%	6,0

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen enthalten. Es wurde ein Wert von 10,0 % herangezogen.