

ZERTIFIKAT

über Produktkonformität (QAL1)

Zertifikatsnummer: 0000025930_02

Messeinrichtung: Modulares System MAC GMS800 für CO, NO, NO₂, SO₂, CH₄, N₂O, CO₂ und O₂

Hersteller: SICK MAIHAK GmbH
Nimburger Str. 11
79276 Reute
Deutschland

Prüfinstitut: TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH

Hiermit wird bescheinigt, dass das AMS geprüft wurde und die festgelegten Anforderungen der folgenden Normen erfüllt:

**DIN EN 15267-1: 2009, DIN EN 15267-2: 2009, DIN EN 15267-3: 2008
und DIN EN 14181: 2004**

Die Zertifizierung gilt für die in diesem Zertifikat aufgeführten Bedingungen
(siehe auch folgende Seiten).

Das vorliegende Zertifikat ersetzt das Zertifikat 0000025930_01 vom 02. August 2010



- DIN EN 15267-3 geprüft
- QAL1 zertifiziert
- TÜV geprüft
- Jährliche Überprüfung

Eignungsbekanntgabe im
Bundesanzeiger vom 02. März 2012

Gültigkeit des Zertifikates bis:
11. Februar 2015

Umweltbundesamt
Dessau, 16. März 2012

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Köln, 15. März 2012


i. A. Dr. Hans-Joachim Hummel


ppa. Dr. Peter Wilbring

www.umwelt-tuv.de
teu@umwelt-tuv.de
Tel. + 49 221 806-2756

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und zertifiziert nach ISO 9001:2008

Prüfbericht:	936/21217568/A vom 18. Oktober 2011
Erstmalige Zertifizierung:	12. Februar 2010
Gültigkeit des Zertifikats bis:	11. Februar 2015
Veröffentlichung:	BAnz. 02. März 2012, Nr. 36, Seite 920, Kapitel I, Nr. 5.1

Genehmigte Anwendung

Das geprüfte AMS ist geeignet zum Einsatz an genehmigungsbedürftigen Anlagen (13. BImSchV, 17. BImSchV, 30. BImSchV, TA Luft) sowie an Anlagen der 27. BImSchV. Die geprüften Messbereiche wurden ausgewählt, um einen möglichst weiten Anwendungsbereich für das AMS sicherzustellen.

Die Eignung des AMS für diese Anwendung wurde auf Basis einer Laborprüfung und eines Feldtests an einem kommunalen Heizkraftwerk beurteilt.

Das AMS ist für den Umgebungstemperaturbereich von +5 °C bis +40 °C zugelassen.

Jeder potenzielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses AMS für die Anlage, an der es installiert werden soll, geeignet ist.

Basis der Zertifizierung

Dieses Zertifikat basiert auf:

- Prüfbericht 936/21211670/A vom 29. Oktober 2009 der TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH
- Prüfbericht 936/21211670/B vom 26. März 2010 der TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH
- Prüfbericht 936/21217568/A vom 18. Oktober 2011 der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
- Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zuständige Stelle
- Überwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses
- Veröffentlichung im Bundesanzeiger (BAnz. 02. März 2012, Nr. 36, Seite 920, Kapitel I, Nr. 5.1, UBA Bekanntmachung vom 23. Februar 2012)

Messeinrichtung:

Modulares System MAC GMS800 für CO, NO, NO₂, SO₂, CH₄, N₂O, CO₂ und O₂

Hersteller:

SICK MAIHAK GmbH, Reute

Eignung:

Für genehmigungsbedürftige Anlagen und Anlagen der 27. BImSchV

Messbereiche in der Eignungsprüfung:

Komponente	Modul	Zertifizierungsbereich	zusätzliche Messbereiche		Einheit
CO	MAC GMS800 UNOR für CO	0 – 75	0 – 750	0 – 3000	mg/m ³
	MAC GMS800 MULTOR für CO	0 – 200	0 – 2000	–	mg/m ³
NO	MAC GMS800 UNOR für NO	0 – 100	0 – 1000	0 – 2000	mg/m ³
	MAC GMS800 MULTOR für NO	0 – 250	0 – 2500	–	mg/m ³
	MAC GMS800 DEFOR für NO	0 – 50	0 – 1000	0 – 2000	mg/m ³
NO ₂	MAC GMS800 DEFOR für NO ₂	0 – 50	0 – 500	–	mg/m ³
NO _x	MAC GMS800 UNOR für NO _x	0 – 100	0 – 1000	0 – 2000	mg/m ³
	MAC GMS800 MULTOR für NO _x	0 – 250	0 – 2500	–	mg/m ³
SO ₂	MAC GMS800 UNOR für SO ₂	0 – 75	0 – 287	0 – 2000	mg/m ³
	MAC GMS800 MULTOR für SO ₂	0 – 250	0 – 2000	–	mg/m ³
	MAC GMS800 DEFOR für SO ₂	0 – 75	0 – 287	0 – 2000	mg/m ³
CH ₄	MAC GMS800 UNOR für CH ₄	0 – 50	0 – 500	–	mg/m ³
	MAC GMS800 MULTOR für CH ₄	0 – 286	0 – 500	–	mg/m ³
N ₂ O	MAC GMS800 UNOR für N ₂ O	0 – 50	0 – 500	–	mg/m ³
CO ₂	MAC GMS800 UNOR für CO ₂	0 – 25	–	–	Vol.-%
	MAC GMS800 MULTOR für CO ₂	0 – 25	–	–	Vol.-%
O ₂	MAC GMS800 OXOR-P für O ₂	0 – 25	–	–	Vol.-%
	MAC GMS800 OXOR-E für O ₂	0 – 25	–	–	Vol.-%

Softwareversionen:

T825_090707_1000

PC-Software: Sopas ET 2.22 Build 2938

Einschränkungen:

1. Die Funktionsfähigkeit der jeweiligen Zusammenstellung der Module ist im Rahmen der Prüfung des ordnungsgemäßen Einbaus zu prüfen.
2. Das Wartungsintervall ist im Rahmen der Prüfung des ordnungsgemäßen Einbaus zu bestimmen.

Hinweise:

1. Die automatische Justierung der Nullpunkte ist wöchentlich mit befeuchteter Umgebungsluft für alle Komponenten mit Ausnahme von O₂ (OXOR-P und OXOR-E) durchzuführen.
2. Die automatische Justierung des Referenzpunktes ist wöchentlich mit befeuchteter Umgebungsluft für die Sensoren OXOR-P und OXOR-E (O₂) durchzuführen.
3. Mit externer Klimatisierungseinheit erfüllt die Messeinrichtung die Mindestanforderungen auch bei einer Umgebungstemperatur von 50 °C.
4. Die Messeinrichtung ist mit dem Kühler Modell MAK10-2 der Fa. AGT Thermotechnik als auch mit dem Modell CSS-V2SK der Fa. M&C eignungsgeprüft worden.
5. Bei wöchentlichem Abgleich mit der jeweiligen internen Prüfgasküvette bzw. dem internen Kantenfilter (NO₂ (DEFOR)) kann das Wartungsintervall der Module wie folgt verlängert werden:
 - ein Jahr für die Module CO (UNOR), CH₄ (UNOR und MULTOR)
 - ein halbes Jahr für das Modul CO (MULTOR), NO (MULTOR), SO₂ (DEFOR)
 - drei Monate für die Module NO (UNOR) und NO₂ (DEFOR)
6. Ergänzungsprüfung (Verlängerung des Wartungsintervalls durch Einsatz interner Prüfgasküvetten) zu Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 12. Juli 2010 (BAnz. S. 2597, Kapitel I Nummer 2.1) und vom 10. Januar 2011 (BAnz. S. 294, Kapitel IV 2. und 30. Mitteilung).

Prüfbericht:

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Köln
Bericht-Nr.: 936/21217568/A vom 18. Oktober 2011

Zertifiziertes Produkt

Das Zertifikat gilt für automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung übereinstimmen:

Das Multikomponenten Messsystem MAC GMS800 ist ein modulares Sensorsystem. Die Basis ist ein Analysenschrank mit Schnittstellenmodulen, Messgaspumpe, Messgaskühler, Prüfgas- Aufgabereinheit, Elektronikeinheit und der SCU-Bedieneinheit (optional BCU-Bedieneinheit). In diesen Basisschrank können bis zu drei der oben genannten Messmodule installiert werden. Jedes Messmodul ist ein eigenständiges Messwerk und ermittelt unabhängig von den anderen Sensoren seine Messwerte. Somit kann das modulare Messsystem den unterschiedlichsten Anforderungen entsprechend mit jeweils passenden Messmodulen ausgestattet werden.

Als Sensoren wurden bisher UNOR, MULTOR, DEFOR und OXOR Module entwickelt und geprüft.

Alle Sensoren sind im Gesamtsystem über ein BUS-System miteinander verbunden. Über diesen BUS werden die ermittelten Messwerte fortlaufend ausgegeben. Außerdem können über dieses System in den Sensormodulen Steuerfunktionen ausgelöst werden oder Sensorparameter gelesen und ggf. verändert werden.

Das hier geprüfte Gesamtmesssystem besteht aus den folgenden Einzelkomponenten:

- beheizte Probenahmesonde (M&C SP 2000) mit beheiztem Filter, Prüfgasaufgabemöglichkeit und Rückspülmöglichkeit,
- beheizte Probenahmeleitung (im Rahmen der Eignungsprüfung wurde eine 10 m lange Messgasleitung für den Labortest, sowie eine 50 m lange Messgasleitung während des Feldtests eingesetzt),
- Analysenschrank mit Schnittstellenmodulen, Messgaspumpe, Messgaskühler, Prüfgas- Aufgabereinheit, Analysenmodule mit den Messsensoren, Elektronikeinheit und der SCU-Bedieneinheit (optional BCU-Bedieneinheit).

Allgemeine Anmerkungen

Dieses Zertifikat basiert auf dem geprüften Gerät. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass die Produktion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Hersteller ist verpflichtet, ein geprüftes Qualitätsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung des zertifizierten Produktes zu unterhalten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitätsmanagementsysteme müssen einer regelmäßigen Überwachung unterzogen werden.

Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten Produkt nicht mehr übereinstimmt, ist die TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH unter der auf Seite 1 angegebenen Adresse zu informieren.

Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten Produkt angebracht oder in Werbematerialien für das zertifizierte Produkt verwendet werden kann, ist auf Seite 1 dieses Zertifikates dargestellt.

Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit. Nach Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH muss dieses Dokument zurückgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwendet werden.

Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gültigkeit kann auch unter der Internetadresse: **qal1.de** eingesehen werden.

Die Zertifizierung der Messeinrichtung Modulares System MAC GMS800 für CO, NO, NO₂, SO₂, CH₄, N₂O, CO₂ und O₂ basiert auf den im Folgenden dargestellten Dokumenten und der regelmäßigen fortlaufenden Überwachung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers:

Erstzertifizierung gemäß DIN EN 15267:

Zertifikat Nr. 0000025930: 12. Februar 2010

Gültigkeit des Zertifikats: 11. Februar 2015

Prüfbericht: 936/21211670/A vom 29. Oktober 2009,
TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, Köln,

Veröffentlichung: BAnz. 12. Februar 2010, Nr. 24, S. 552, Kapitel I, Nr. 1.2:
UBA Bekanntmachung vom 25. Januar 2010.

Ergänzungsprüfung gemäß DIN EN 15267:

Zertifikat Nr. 0000025930_01: 28. Juli 2010

Gültigkeit des Zertifikats: 11. Februar 2015

Prüfbericht: 936/21211670/B vom 26. März 2010,
TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, Köln,

Veröffentlichung: BAnz. 28. Juli 2010, Nr. 111, S. 2597, Kapitel I, Nr. 2.1:
UBA Bekanntmachung vom 12. Juli 2010.

Mitteilung gemäß DIN EN 15267:

Zertifikat Nr. 0000025930_01: 28. Juli 2010

Gültigkeit des Zertifikats: 11. Februar 2015

1. Mitteilung über Änderungen zum Zertifikat nach DIN EN 15267:

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Köln vom 24. September 2010

Veröffentlichung: BAnz. 26. Januar 2011, Nr. 14, S. 295, Kapitel IV, Mitteilung 2:
UBA Bekanntmachung vom 10. Januar 2011.

Ergänzungsprüfung gemäß DIN EN 15267:

Zertifikat Nr. 0000025930_02: 16. März 2012

Gültigkeit des Zertifikats: 11. Februar 2015

Prüfbericht: 936/21217568/A vom 18. Oktober 2011,
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, Köln,

Veröffentlichung: BAnz. 02. März 2012, Nr. 36, Seite 920, Kapitel I, Nr. 5.1:
UBA Bekanntmachung vom 23. Februar 2012

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 UNOR für CO
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 1 / TÜV 3
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland 18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CO	0 - 75 mg/m ³
---------------------------	----	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	1,80 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-1,30 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	1,07 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	0,00 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	1,80 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	1,039 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 0,747 mg/m ³	0,558 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} 0,289 mg/m ³	0,084 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 0,346 mg/m ³	0,120 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,866 mg/m ³	0,750 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,751 mg/m ³	0,564 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,115 mg/m ³	0,013 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i 1,039 mg/m ³	1,080 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p -0,029 mg/m ³	0,001 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,606 mg/m ³	0,368 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 1,88 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 3,69 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **7,4**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **10,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **7,5**

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 MULTOR für CO
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 1 / TÜV 3
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A TÜV Rheinland
Berichtsdatum	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CO 0 - 200 mg/m ³
---------------------------	---------------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	6,76 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	0,00 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	6,76 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	3,903 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 1,588 mg/m ³	2,522 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} 1,155 mg/m ³	1,334 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 0,924 mg/m ³	0,854 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} -3,002 mg/m ³	9,012 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 2,406 mg/m ³	5,789 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,157 mg/m ³	0,025 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i 3,903 mg/m ³	15,233 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p 0,127 mg/m ³	0,016 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 1,617 mg/m ³	2,613 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 6,12 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 11,99 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 160 mg/m³ **7,5**

U in % vom Grenzwert 160 mg/m³ **10,0**

U in % vom Grenzwert 160 mg/m³ **7,5**

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 UNOR für NO
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 1 / TÜV 3
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A TÜV Rheinland
Berichtsdatum	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	NO 0 - 100 mg/m ³
---------------------------	---------------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	1,56 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	2,46 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,73 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	2,46 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	1,420 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 1,191 mg/m ³	1,418 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} 0,231 mg/m ³	0,053 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} -1,212 mg/m ³	1,469 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 1,732 mg/m ³	3,000 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,529 mg/m ³	0,280 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,142 mg/m ³	0,020 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i 1,420 mg/m ³	2,017 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p -0,104 mg/m ³	0,011 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,808 mg/m ³	0,653 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 2,99 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 5,85 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **11,7**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **20,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **15,0**

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 MULTOR für NO
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 1 / TÜV 3
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	NO	0 - 250 mg/m ³
---------------------------	----	---------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	8,95 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-4,43 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	3,45 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-3,65 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	8,95 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	5,167 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 2,241 mg/m ³	5,022 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -1,155 mg/m ³	1,334 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 2,742 mg/m ³	7,519 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 4,186 mg/m ³	17,523 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,950 mg/m ³	0,903 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,737 mg/m ³	0,543 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i 5,167 mg/m ³	26,701 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p 0,277 mg/m ³	0,077 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 2,021 mg/m ³	4,083 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 7,98 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 15,64 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 131 mg/m³ **11,9**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 131 mg/m³ **20,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 131 mg/m³ **15,0**

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 DEFOR für NO
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 2 / TÜV 4
Messprinzip	UVRAS

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	NO	0 - 50 mg/m ³
---------------------------	----	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	1,86 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	1,06 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,94 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	1,86 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	1,074 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 0,751 mg/m ³	0,564 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -0,115 mg/m ³	0,013 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 0,375 mg/m ³	0,141 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,866 mg/m ³	0,750 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,153 mg/m ³	0,023 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,233 mg/m ³	0,054 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i 1,074 mg/m ³	1,153 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p 0,052 mg/m ³	0,003 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,404 mg/m ³	0,163 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 1,69 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c * k = u_c * 1,96 \quad 3,32 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 30 mg/m³ **11,1**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 30 mg/m³ **20,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 30 mg/m³ **15,0**

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 DEFOR für NO ₂
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 2 / TÜV 4
Messprinzip	UVRAS

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	NO ₂	0 - 50 mg/m ³
---------------------------	-----------------	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	1,72 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	1,93 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,26 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	1,93 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	1,114 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt	u _r 0,520 mg/m ³	0,270 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -0,231 mg/m ³	0,053 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} -0,693 mg/m ³	0,480 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,866 mg/m ³	0,750 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,458 mg/m ³	0,210 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,110 mg/m ³	0,012 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i 1,114 mg/m ³	1,242 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p 0,030 mg/m ³	0,001 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,404 mg/m ³	0,163 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 1,78 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 3,50 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **7,0**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **20,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **15,0**

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 UNOR für SO ₂
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 2 / TÜV 4
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A TÜV Rheinland
Berichtsdatum	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	SO ₂ 0 - 75 mg/m ³
---------------------------	---

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	2,75 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-1,75 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	2,30 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-1,82 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	2,75 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	1,585 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 1,228 mg/m ³	1,508 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} 0,410 mg/m ³	0,168 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} -1,212 mg/m ³	1,469 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 1,299 mg/m ³	1,687 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,929 mg/m ³	0,863 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,227 mg/m ³	0,052 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i 1,585 mg/m ³	2,512 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p 0,057 mg/m ³	0,003 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,606 mg/m ³	0,368 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 2,94 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 5,76 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **11,5**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **20,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ **15,0**

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 MULTOR für SO ₂
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 1 / TÜV 3
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	SO ₂	0 - 250 mg/m ³
---------------------------	-----------------	---------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	9,63 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-2,65 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	5,93 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-1,20 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	9,63 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	5,557 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 1,546 mg/m ³	2,390 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -2,714 mg/m ³	7,366 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 2,115 mg/m ³	4,473 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} -3,002 mg/m ³	9,012 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 2,901 mg/m ³	8,416 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,839 mg/m ³	0,704 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i 5,557 mg/m ³	30,880 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p -0,410 mg/m ³	0,168 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 2,021 mg/m ³	4,083 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 8,22 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 16,10 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 150 mg/m³ **10,7**

U in % vom Grenzwert 150 mg/m³ **20,0**

U in % vom Grenzwert 150 mg/m³ **15,0**

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 DEFOR für SO ₂
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 2 / TÜV 4
Messprinzip	UVRAS

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A TÜV Rheinland
Berichtsdatum	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	SO ₂ 0 - 75 mg/m ³
---------------------------	---

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-0,81 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,35 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-2,91 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-2,91 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	-1,680 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 1,206 mg/m ³	1,454 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -0,404 mg/m ³	0,163 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} -0,606 mg/m ³	0,367 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 1,299 mg/m ³	1,687 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,964 mg/m ³	0,929 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,067 mg/m ³	0,004 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i -1,680 mg/m ³	2,823 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,606 mg/m ³	0,368 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 2,79 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 5,47 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 10,9

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 20,0

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 50 mg/m³ 15,0

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 UNOR für CH ₄
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 2 / TÜV 4
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A TÜV Rheinland
Berichtsdatum	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CH ₄ 0 - 50 mg/m ³
---------------------------	---

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,48 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-1,77 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,63 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-1,77 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	-1,022 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt	u _r 0,630 mg/m ³	0,397 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} 0,231 mg/m ³	0,053 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 0,520 mg/m ³	0,270 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,635 mg/m ³	0,403 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,416 mg/m ³	0,173 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,306 mg/m ³	0,094 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i -1,022 mg/m ³	1,044 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probegasvolumenstrom	u _p -0,035 mg/m ³	0,001 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,404 mg/m ³	0,163 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 1,61 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 3,16 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 20 mg/m³ **15,8**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 20 mg/m³ **30,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 20 mg/m³ **22,5**

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in den EG-Richtlinien 2001/80/EG und 2000/76/EG enthalten.
Der angesetzte Wert wurde von der Zertifizierstelle vorgeschlagen.

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 MULTOR für CH ₄
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 2 / TÜV 4
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CH ₄
	0 - 286 mg/m ³

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	1,06 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-1,49 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-1,49 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	-0,859 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt	u _r 0,620 mg/m ³	0,384 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -1,501 mg/m ³	2,253 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 1,156 mg/m ³	1,336 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} -2,972 mg/m ³	8,833 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 2,843 mg/m ³	8,083 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,532 mg/m ³	0,283 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i -0,859 mg/m ³	0,737 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probengasvolumenstrom	u _p 0,370 mg/m ³	0,137 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 2,312 mg/m ³	5,344 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:
"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} = 5,23 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c * k = u_c * 1,96 = 10,26 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 100 mg/m³ 10,3

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 100 mg/m³ 30,0

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 100 mg/m³ 22,5

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in den EG-Richtlinien 2001/80/EG und 2000/76/EG enthalten.
Der angesetzte Wert wurde von der Zertifizierstelle vorgeschlagen.

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 UNOR für N ₂ O
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 2 / TÜV 4
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A TÜV Rheinland
Berichtsdatum	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	N ₂ O	0 - 50 mg/m ³
---------------------------	------------------	--------------------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,93 mg/m ³
Summe negative QE am Null-Punkt	-1,41 mg/m ³
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,00 mg/m ³
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,65 mg/m ³
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-1,41 mg/m ³
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	-0,814 mg/m ³

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 0,410 mg/m ³	0,168 (mg/m ³) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} 0,231 mg/m ³	0,053 (mg/m ³) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} -0,318 mg/m ³	0,101 (mg/m ³) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,866 mg/m ³	0,750 (mg/m ³) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,436 mg/m ³	0,190 (mg/m ³) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,172 mg/m ³	0,030 (mg/m ³) ²
Querempfindlichkeit	u _i -0,814 mg/m ³	0,663 (mg/m ³) ²
Einfluss des Probegasvolumenstrom	u _p 0,052 mg/m ³	0,003 (mg/m ³) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,404 mg/m ³	0,163 (mg/m ³) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 1,46 \text{ mg/m}^3$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 2,85 \text{ mg/m}^3$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Messbereich 50 mg/m³ **5,7**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Messbereich 50 mg/m³ **20,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Messbereich 50 mg/m³ **15,0**

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in den EG-Richtlinien 2001/80/EG und 2000/76/EG enthalten.
Der angesetzte Wert wurde von der Zertifizierstelle vorgeschlagen.

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 UNOR für CO ₂
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 1 / TÜV 3
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland 18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CO ₂	0 - 25 Vol.-%
---------------------------	-----------------	---------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe negative QE am Null-Punkt	-0,47	Vol.-%
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe negative QE am Ref.-Punkt	0,00	Vol.-%
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	-0,47	Vol.-%
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	-0,271	Vol.-%

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 0,156 Vol.-%	0,024 (Vol.-%) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -0,144 Vol.-%	0,021 (Vol.-%) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} -0,188 Vol.-%	0,035 (Vol.-%) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,346 Vol.-%	0,120 (Vol.-%) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,300 Vol.-%	0,090 (Vol.-%) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,049 Vol.-%	0,002 (Vol.-%) ²
Querempfindlichkeit	u _i -0,271 Vol.-%	0,074 (Vol.-%) ²
Einfluss des Probegasvolumenstrom	u _p 0,017 Vol.-%	0,000 (Vol.-%) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,202 Vol.-%	0,041 (Vol.-%) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 0,64 \text{ Vol.-%}$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 1,25 \text{ Vol.-%}$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 25 Vol.-% **5,0**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 25 Vol.-% **10,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 25 Vol.-% **7,5**

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in den EG-Richtlinien 2001/80/EG und 2000/76/EG enthalten.
Der angesetzte Wert wurde von der Zertifizierstelle vorgeschlagen.

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 MULTOR für CO ₂
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 2 / TÜV 4
Messprinzip	NDIR

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A TÜV Rheinland
Berichtsdatum	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	CO ₂	0 - 25 Vol.-%
---------------------------	-----------------	---------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,10	Vol.-%
Summe negative QE am Ref.-Punkt	-0,09	Vol.-%
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,10	Vol.-%
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	0,058	Vol.-%

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u		u ²	
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 0,165	Vol.-%	0,027	(Vol.-%) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -0,237	Vol.-%	0,056	(Vol.-%) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} -0,188	Vol.-%	0,035	(Vol.-%) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,433	Vol.-%	0,187	(Vol.-%) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,115	Vol.-%	0,013	(Vol.-%) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,015	Vol.-%	0,000	(Vol.-%) ²
Querempfindlichkeit	u _i 0,058	Vol.-%	0,003	(Vol.-%) ²
Einfluss des Probegasvolumenstrom	u _p 0,029	Vol.-%	0,001	(Vol.-%) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,202	Vol.-%	0,041	(Vol.-%) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 0,60 \text{ Vol.-%}$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 1,18 \text{ Vol.-%}$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Grenzwert 25 Vol.-% **4,7**

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Grenzwert 25 Vol.-% **10,0**

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Grenzwert 25 Vol.-% **7,5**

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in den EG-Richtlinien 2001/80/EG und 2000/76/EG enthalten.
Der angesetzte Wert wurde von der Zertifizierstelle vorgeschlagen.

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 OXOR-P für O ₂
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 1 / TÜV 3
Messprinzip	Paramagnetisch

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	O ₂	0 - 25 Vol.-%
---------------------------	----------------	---------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe negative QE am Ref.-Punkt	0,00	Vol.-%
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,00	Vol.-%
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	0,000	Vol.-%

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 0,084 Vol.-%	0,007 (Vol.-%) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} -0,040 Vol.-%	0,002 (Vol.-%) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 0,120 Vol.-%	0,014 (Vol.-%) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,120 Vol.-%	0,014 (Vol.-%) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,110 Vol.-%	0,012 (Vol.-%) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,003 Vol.-%	0,000 (Vol.-%) ²
Querempfindlichkeit	u _i 0,000 Vol.-%	0,000 (Vol.-%) ²
Einfluss des Probegasvolumenstrom	u _p -0,023 Vol.-%	0,001 (Vol.-%) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,202 Vol.-%	0,041 (Vol.-%) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 0,30 \text{ Vol.-%}$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c \cdot k = u_c \cdot 1,96 \quad 0,59 \text{ Vol.-%}$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Messbereich 25 Vol.-% 2,4

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Messbereich 25 Vol.-% 10,0

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Messbereich 25 Vol.-% 7,5

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in den EG-Richtlinien 2001/80/EG und 2000/76/EG enthalten.
Der angesetzte Wert wurde von der Zertifizierstelle vorgeschlagen.

#Ende#

Berechnung der Gesamtunsicherheit nach DIN EN 14181 und DIN EN 15267-3

Messeinrichtung

Hersteller	Sick Maihak GmbH
Bezeichnung der Messeinrichtung	MAC GMS800 OXOR-E für O ₂
Seriennummer der Prüflinge	TÜV 2 / TÜV 4
Messprinzip	Elektrochemische Zelle

Prüfbericht

Prüfinstitut	936/21217568/A
Berichtsdatum	TÜV Rheinland
	18.10.2011

Messkomponente

Zertifizierungsbereich ZB	O ₂	0 - 25 Vol.-%
---------------------------	----------------	---------------

Bewertung der Querempfindlichkeiten (QE)

(System mit größter QE)

Summe positive QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe negative QE am Null-Punkt	0,00	Vol.-%
Summe positive QE am Ref.-Punkt	0,33	Vol.-%
Summe negative QE am Ref.-Punkt	0,00	Vol.-%
Maximale Summe von Querempfindlichkeiten	0,33	Vol.-%
Messunsicherheit der Querempfindlichkeit	0,191	Vol.-%

Berechnung der erweiterten Messunsicherheit

Prüfgröße

	u	u ²
Standardabweichung aus Doppelbestimmungen	u _D 0,108 Vol.-%	0,012 (Vol.-%) ²
Linearität / Lack-of-fit	u _{lof} 0,058 Vol.-%	0,003 (Vol.-%) ²
Nullpunktdrift aus Feldtest	u _{d,z} 0,120 Vol.-%	0,014 (Vol.-%) ²
Referenzpunktdrift aus Feldtest	u _{d,s} 0,120 Vol.-%	0,014 (Vol.-%) ²
Einfluss der Umgebungstemperatur am Referenzpunkt	u _t 0,127 Vol.-%	0,016 (Vol.-%) ²
Einfluss der Netzspannung	u _v 0,030 Vol.-%	0,001 (Vol.-%) ²
Querempfindlichkeit	u _i 0,191 Vol.-%	0,036 (Vol.-%) ²
Einfluss des Probegasvolumenstrom	u _p 0,029 Vol.-%	0,001 (Vol.-%) ²
Unsicherheit des Referenzmaterials bei 70% des ZB	u _{rm} 0,202 Vol.-%	0,041 (Vol.-%) ²

* Der größere der Werte wird verwendet:

"Wiederholstandardabweichung am Referenzpunkt" oder
"Standardabweichung aus Doppelbestimmungen"

Kombinierte Standardunsicherheit (u_c)

$$u_c = \sqrt{\sum (u_{\max, j})^2} \quad 0,37 \text{ Vol.-%}$$

Erweiterte Unsicherheit

$$U = u_c * k = u_c * 1,96 \quad 0,73 \text{ Vol.-%}$$

Relative erweiterte Messunsicherheit

U in % vom Messbereich 25 Vol.-% 2,9

Anforderung nach 2000/76/EG und 2001/80/EG

U in % vom Messbereich 25 Vol.-% 10,0

Anforderung nach DIN EN 15267-3

U in % vom Messbereich 25 Vol.-% 7,5

** Für diese Komponente sind keine Anforderungen in den EG-Richtlinien 2001/80/EG und 2000/76/EG enthalten.
Der angesetzte Wert wurde von der Zertifizierstelle vorgeschlagen.

#Ende#