

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000035015_04_05

über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000035015_04 vom 16. Februar 2022

Messeinrichtung: MERCEM 300Z / indoor für Hg

Hersteller: Endress+Hauser SICK GmbH + Co. KG
Bergener Ring 27
01458 Ottendorf-Okrilla
Deutschland

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 27. August 2025**

Veröffentlichung: BAnz AT 31.10.2025 B5


- IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung von Emissionen und Immissionen:**
- 11 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 12. Februar 2013 (BAnz AT 05.03.2013 B10, Kapitel I Nummer 2.3) und vom 2. April 2025 (BAnz AT 19.05.2025 B3, Kapitel IV 21. Mitteilung)**


Die Messeinrichtung MERCEM300Z für Hg
der Firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG

kann in ihrer Standardversion jetzt auch im Geräteschrank der Firma Rittal mit der Modellnummer CS 9868.500 eingebaut werden. Dazu muss dieser Schrank dann mit dem Klimagerät SK 3185.330 und der Schrankheizung mit Lüfter SK 3105.390, beides ebenfalls von der Firma Rittal, ausgestattet werden. Diese Änderung gilt nicht für die Version "Indoor" der Messeinrichtung.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH vom 20. Mai 2025

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Köln, 21. November 2025


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu

qal1-info@tuv.com
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH

Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.