

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000053809_01_01
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000053809_01 vom 2. März 2022

Messeinrichtung: ZIRKOR200 für O₂

Hersteller: SICK AG
Gisela Sick Straße 1
79276 Reute
Deutschland

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 31. August 2024**

Veröffentlichung: BAnz AT 31.10.2024 B9

**IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**

**41 Mitteilung zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes
vom 22. Februar 2017 (BAnz AT 15.03.2017 B6, Kapitel II Nummer 1.3) und
vom 29. Juni 2021 (BAnz AT 05.08.2021 B5, Kapitel IV 48. Mitteilung)**

Die Messeinrichtung ZIRKOR200 für O₂ der Firma SICK AG kann jetzt auch mit der Displayplatine Rev. 10e ausgestattet werden.


Zur zusätzlichen Implementierung der Displayplatine Rev. 10e wurde die Software aktualisiert.


Die aktuelle Softwareversion der Messeinrichtung lautet Version 4.14.

Die Messeinrichtung kann alternativ auch mit Magnetventilen des Herstellers SMC (Typ: VT307) ausgestattet werden.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH vom 22. Februar 2024

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Köln, 12. November 2024


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.