

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000056503\_01\_01  
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000056503\_01 vom 17. Juli 2023

---

**Messeinrichtung:** StackGuard 2 System für Staub

**Hersteller:** SIGRIST-PHOTOMETER AG  
Hofurlistrasse 1  
6373 Ennetbürgen  
Schweiz

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen  
vom 05. Juli 2023  
Veröffentlichung: BAnz AT 02.08.2023 B7**

**III. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung  
von Emissionen und Immissionen:**


**28 Mitteilung zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes  
vom 3. Juli 2018 (BAnz AT 17.07.2018 B9, Kapitel I Nummer 1.2)**

Die Emissionsmesseinrichtung StackGuard 2 System für Staub der Fa. SIGRIST-PHOTOMETER AG ist auch für den Einsatz an Anlagen der 44. BImSchV geeignet.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 31. März 2023

---

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Köln, 02. August 2023



i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum



i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

---

<a href="http://www.umwelt-tuv.eu">www.umwelt-tuv.eu</a> tre@umwelt-tuv.eu Tel. +49 221 806-5200	TÜV Rheinland Energy GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln
--	--

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.  
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.