



Industrie Service

B e s c h e i n i g u n g

Mitteilung: 3055767_00
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 3055767-ts
vom 05. Mai 2021

Messeinrichtung Dust Monitor S305QAL

Gerätehersteller Sintrol Oy
 Ruosilantie 15
 00390 Helsinki
 Finnland

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen
und Immissionen vom 29. Juni 2021
Veröffentlichung: BAnz AT 05.08.2021 B5**

IV. Mitteilungen zur Bundeseinheitlichen Praxis

53 Mitteilung zu der Bekanntmachung des Umweltbundesamtes vom 31. März 2021 (BAnz AT 03.05.2021 B9, Kapitel I Nummer 1.5)

Für die Messeinrichtung Dust Monitor S305QAL für Staub der Fa. Sintrol Oy, Helsinki, können
Sondenlängen von 250 mm bis 1750 mm eingesetzt werden.

Stellungnahme der TÜV SÜD Industrie Service GmbH vom 4. Mai 2021

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüflaboratorium Emissionsmessung/ Kalibrierung
München, den 30.04.2025


Dipl.-Ing. Hans-Jörg Eisenberger


M.Sc. Simon Gerstlacher