

Bescheinigung

Mitteilung: 4139508_01
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 3003564-ts
vom 05. Mai 2021

Messeinrichtung iFiD Rack für Gesamt-C

Gerätehersteller Testa GmbH
Kathi-Kobus-Straße 15
80797 München
Deutschland

Umweltbundesamt

Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen und Immissionen vom 27. August 2025
Veröffentlichung: BAnz AT 31.10.2025 B5


IV. Mitteilungen zur Bundeseinheitlichen Praxis

- 34 **Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 31. März 2021 (BAnz AT 03.05.2021 B9, Kapitel I Nummer 2.1) und vom 21. Februar 2023 (BAnz AT 20.03.2023 B6, Kapitel IV 42. Mitteilung)**

Die Messeinrichtung iFiD Rack der Firma Testa GmbH, München, zur Messung von Gesamt-C kann auch im Messbereich 0 – 3000 mg/m³C betrieben werden.

Stellungnahme der TÜV Süd Industrie Service GmbH vom 12. Februar 2025

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüflaboratorium Emissionsmessung/ Kalibrierung
München, den 14.11.2025


Dipl.-Ing. Hans-Jörg Eisenberger


M.Sc. Simon Gerstlacher